



NI.2721.12.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dot. pakietu nr 1- parawan wolnostojący

1. Czy Zamawiający dopuści ofertę na pakiet nr 1 zawierającą m. in. Parawany wolnostojące wykonane z rur stalowych chromowanych (pokrycie tak samo dobre, a może nawet lepsze od lakieru proszkowego) – dotyczy punktu 1. pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści parawan bez deklaracji zgodności oznaczonej znakiem CE? Proponowany parawan nie jest wyrobem medycznym i nie ma obowiązku posiadania niniejszej deklaracji. Parawan opatrzony jest oświadczeniem, że produkowany jest zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi, oraz zachowaniem wszelkich procedur wynikających z wdrożonego Systemu Zarządzenia Jakością wg norm ISO 9001 i ISO 13485.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot. pakietu nr 1- kozetki

1. Czy Zamawiający dopuści kozetkę z regulacją zagłowa dokonywaną za pomocą mechanizmu samo zwalnającego?

Mechanizm samo zwalnający jest rozwiązaniem wygodniejszym, ze względu na większą łatwość utrzymania w czystości oraz dezynfekcji.

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Dot. pakietu nr 3 – szafy medyczne

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania szafy, których korpus wykonany jest ze stali nierdzewnej pokrytej lakierem proszkowym środki szaf wykonane z tworzywa ABS z rozdzielnikiem półkowym, na którym znajdują się systemowe kosze tace, półki wykonane z tworzywa sztucznego, boki szaf oraz drzwi wykonane ze specjalnego materiału odpornego na środki dezynfekujące oraz odporne na ścieranie. Szafy zabezpieczone są zamkiem Patentowym zwykłym, w szafach specjalnego (lekowe) nadzoru zamkiem szyfrowym. W załączeniu modele proponowanych przez nas szaf. Szafy nie posiadają szyby z frontu w celu zabezpieczenia wizualnego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy zamawiający dopuści szafę medyczną dwudrzwiową na stópkach (bez kółek)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy zamawiający dopuści szafę medyczną dwudrzwiową wyposażoną w 4 półki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający wydzieli szafę medyczną do opatrunków do oddzielnego pakietu?

Odp. Zamawiający nie wydzieli.

5. Czy zamawiający dopuści szafę medyczną dwudrzwiową na leki doustne na stópkach (bez kółek)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy zamawiający dopuści szafę medyczną dwudrzwiową na leki doustne wyposażoną w cztery półki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot.: pakiet nr 4 - łóżeczka noworodkowe – 10 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżeczko z możliwością ustawienia w pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga 0-12° ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżeczko z metalowym koszykiem na akcesoria umieszczonym w podwoziu nad kołami jezdnyymi zamiast plastikowego pojemnika w wezłowie ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżeczko noworodkowe z regulacją wysokości w zakresie 695 – 925 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot.: pakiet nr 5- wózek do przewożenia zwłok – 3 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2100mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek z przykryciem łatwo zmywalnym o wymiarach 630x2000mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Dot. pakietu nr 6- wózki do leków i wielofunkcyjne

1. Czy zamawiający dopuści wózek na leki z wyposażeniem, którego konstrukcja wykonana jest ze stali a szuflada na leki z tworzyw a odpornego na środki dezynfekujące?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny i z wyposażeniem, którego konstrukcja wykonana jest ze stali plus uchwyt na worek, szuflada?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. pakietu nr 7- wózek anestezjologiczny – 4 szt.

1. Czy zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny i z wyposażeniem, którego konstrukcja jest ze stali plus uchwyt na worek, i szuflady zabezpieczone zamkiem patentowym?

Odp. Tak, dopuszcza pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych parametrów.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezyjologiczny, mobilny, którego rama i szuflady wykonane są z aluminium, blat wykonany z tworzywa, posiadający cztery wyprofilowane brzegi, dodatkowy blat boczny, teleskopowe prowadnice z pełnym wysuwem? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezyjologiczny wyposażony w stabilny uchwyt z pojemnikiem na odpady medyczne (szczególnie ostry sprzęt, igły) zamocowany do nadstawki? Oferowane rozwiązanie będzie praktyczne podczas codziennego korzystania z wózka i nie wymaga stasowania dodatkowego pojemnika do umieszczania pojemnika na odpady medyczne.

Odp. Zamawiający wymaga dwa kosze lub uchwyty na odpady zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt.11)

4. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezyjologiczny o wysokości 102,9 cm? Oferowana wysokość różni się tylko o 9 mm od zakresu wskazanego przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza

5. Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji szkieletu, z blatem górnym i czołami szuflad wykonanymi z materiału BAYDUR charakteryzującego się nowoczesnym designem i wysoką wytrzymałością porównywalną z wykonaniem stali nierdzewnej oraz lekkim i cichym prowadzeniem?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści prowadnice suwowe, zapewniające płynne wysuwanie zarówno szuflad jak i blatu bocznego, z zabezpieczeniem przeciw wypadaniu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści szuflady bez systemu automatycznego domykania?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 830x720x910mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający wymaga wózka wysoce mobilnego, wyposażonego w 4 koła jezdne rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) co zwiększa zwrotność?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

10. Czy Zamawiający wymaga wózka o konstrukcji, w której wyposażenie nie zwiększa jego gabarytów i nie naraża na ich uszkodzenie oraz jest zintegrowane w jego budowie?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Dot. pakietu nr 8 – Lodówki

Pozycja 1: Lodówki do leków – 8 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści lodówkę o wysokości 162,3cm, spełniającą jednocześnie pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści lodówkę o klasie energetycznej A+, spełniającą jednocześnie pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Wyjaśnienie: Zamawiającemu zależy na urządzeniu energooszczędnym, które w dłuższej perspektywie użytkowania przyniesie korzyści ekonomiczne.

Pozycja 1: Lodówki do leków – 2 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści lodówkę o wysokości 200cm, spełniającą jednocześnie pozostałe wymiary zewnętrzne urządzenia? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści lodówkę laboratoryjną nie posiadającą określonej klasy energetycznej? Lodówki laboratoryjne nie są klasyfikowane według klas energetycznych, dotyczy, dotyczy to jedynie sprzętu domowego. Czy Zamawiający odstąpi od tego zapisu i dopuści chłodziarkę laboratoryjną o zużyciu energii 1,800 kWh/24h. Jest to stosunkowo niskie zużycie energii dla sprzętu laboratoryjnego. Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 1

Dotyczy Zapisu w SIWZ

1. W zapisie SIWZ zamawiający wymaga aby do pakietu dołączyć wykaz dostaw: w zakresie pakietu nr 1 – dostawie kozetek i parawanów o wartości co najmniej 14 000,00 zł brutto.

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego bez wyszczególniania pozycji obowiązującej w pakiecie. Kozetki i parawany dostarczane są również ze sprzętem rehabilitacyjnym.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonał modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Modyfikacji ulega załącznik nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, tabele w pakietach nr 1,4,5,7 i 8. Poniżej zmodyfikowane tabele:

PAKIET NR 1**Kozetki – 13 szt.**

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Parametry oferowane / Opisać
1	Metalowy szkielet lakierowany proszkowo	TAK	
2	Leże dwusegmentowe tapicerowane bezszwowo dostępne w paletcie kolorystycznej	TAK	
3	Regulacja zagłówka dokonywana ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego <i>Zamawiający dopuszcza kozetkę z regulacją zagłówka dokonywaną za pomocą mechanizmu samo zwalniającego</i>	TAK	
4	Uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku.	TAK	
5	Długość	Od 180cm do 200cm	
6	Szerokość	od 50 cm do 65 cm	
7	wysokość	od 50 do 70 cm	
8	Gwarancja	Minimum 24 miesiące	

Wykonawca do oferty dołączy paletę kolorystyczną (minimum 3 kolorów), (zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty wybierze odpowiadające mu kolory zaproponowane w najkorzystniejszej ofercie).

Parawan wolnostojący– 10 szt.

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Parametry oferowane / Opisać
1	Parawan wolnostojący metalowy lakierowany proszkowo w kolorze białym <i>Zamawiający dopuszcza parawany wolnostojące wykonane z rur stalowych chromowanych</i>	TAK	
2	Konstrukcja jezdna na kółkach	TAK	
3	Zaslona z tkaniny bawełnianej lub innej podlegającej praniu i dezynfekcji.	TAK	
4	Wysokość	od 160 cm do 190 cm	
5	Certyfikat CE dopuszczający do obrotu na terenie RP Zamawiający uwzględni również deklarację zgodności CE. <i>Zamawiający dopuszcza parawan bez deklaracji zgodności oznaczonej znakiem CE.</i>	TAK	
6	Gwarancja	Minimum 24 miesiące	

PAKIET NR 4**Łóżeczka noworodkowe – 10 szt.**

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Parametry oferowane / Opisać
1	Łóżeczko noworodkowe mobilne, konstrukcja wykonana z giętych rurek pokrytych lakierem proszkowym	TAK	
2	Wymowana wanienska wykonana z przezroczystego tworzywa, wyposażona w materac piankowy w pokrowcu wodoodpornym	TAK	
3	4 antystatyczne kółka jezdne z blokadą	TAK	
4	Możliwość ustawienia łóżeczka w pozycji anty-Trendelenburga i Trendelenburga	0-15° dopuszczone 0-12°	
5	W wezłowie łóżeczka plastikowy pojemnik na akcesoria dopuszczono metalowy koszyk na akcesoria umieszczony w podwoziu nad kołami	TAK	
6	Długość łóżeczka	Od 90 cm do 100 cm	
7	Regulacja wysokości	TAK	
8	Szerokość	Od 45 cm do 60 cm	
9	Wysokość	Od 90cm do 100 cm	
10	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności dopuszczająca do obrotu na terenie RP	TAK	
11	Gwarancja	Minimum 24 miesiące	

Wykonawca do oferty dołączy paletę kolorystyczną (minimum 5 kolorów), (zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty wybierze odpowiadające mu kolory zaproponowane w najkorzystniejszej ofercie).

PAKIET NR 5**Wózek do przewożenia zwłok – 3 szt.**

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Parametry oferowane / Opisać
1	Szkielet wózka metalowy wykonany z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym.	TAK	
2	Długość wózka	2000 ± 50mm dopuszczono 2100mm	
3	Szerokość wózka	700 ± 50mm	
4	Regulacja wysokości leża za pomocą mechanizmu śrubowego	TAK	
5	Zakres regulacji wysokości leża	600mm-850mm (±50mm dla dolnego i górnego zakresu)	
6	Zdejmowane leże, które może służyć jako nosze	TAK	
7	Przykrycie wózka łatwo zmywalne o wymiarach: długość 1900mm ± 50mm dopuszczono 2000mm szerokość 700mm ± 50mm dopuszczono 630 mm wysokość 350mm ± 50mm	TAK	
8	Podstawa jezdna wyposażona w cztery kółka jezdne w tym co najmniej dwa z blokadą	TAK	
9	Dopuszczalne obciążenie min 150 kg	TAK	
10	Gwarancja min 24 m-ce	TAK	

PAKIET NR 7**Wózek anestezyjologiczny – 4 szt.**

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Parametry oferowane / Opisać
1	Wózek anestezyjologiczny, mobilny. Rama i szuflady wykonane ze stali węglowej lub aluminium, pokrytej lakierem proszkowym. Błat z burtami wykonany z tworzywa ABS lub poliuretanu, dodatkowy blat boczny. Teleskopowe prowadnice z pełnym wysuwem. Zamawiający dopuszcza wózek o konstrukcji szkieletu, z blatem górnym i czołami szuflad wykonanymi z materiału BAYDUR charakteryzującego się nowoczesnym designem i wysoką wytrzymałością porównywalną z wykonaniem ze stali nierdzewnej oraz lekkim i cichym prowadzeniem	TAK	
2	5 szuflad. Prowadnice kulkowe pozwalające na płynne wysunięcie szuflady z blokadą po wysunięciu	TAK	
3	4 koła obrotowe, w tym minimum dwa z blokadą. Cichobieżne koła z gumy termoplastycznej.	TAK	
4	Średnica kół	Od 100 mm do 125 mm	
5	Obciążenie robocze	Minimum 80 kg	
6	System automatycznego domykania szuflad	TAK	
7	Uchwyt do prowadzenia wózka	TAK	
8	Nadstawka z minimum 10 pojemnikami zintegrowana z blatem lun na wysięgniku nad blatem	TAK	
9	Wieszak na kroplówki	TAK	
10	Zamykany kosz	TAK	
11	Pojemnik na odpady Zamawiający oczekuje zamykanego kosza wymienionego w pozycji 10 i pojemnika na odpady wymienionego w poz. 11, który będzie służył do umieszczania pojemnika na odpady medyczne – szczególnie na ostry sprzęt typu igły. Pojemnik może być wbudowany w wózek lub w formie uchwytu do wózka, na którym w sposób stabilny, bezpieczny można umieszczać pojemniki wymienne na sprzęt medyczny.	TAK	
12	Wysokość	od 90 cm do 102 cm dopuszczono 102,9 cm	
13	Głębokość	od 45 do 64,5 cm dopuszczono 720 mm	
14	Długość	od 62 cm do 83,5 cm	
15	Certyfikat lub deklaracja dopuszczający do obrotu na terenie RP	TAK	
16	Gwarancja	Minimum 24 miesiące	

PAKIET NR 8**Pozycja 1 Lodówki do leków – 8 szt.**

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Parametry oferowane / Opisać
1	Lodówka dwudrzwiowa z zamrażalnikiem na dole	TAK	
2	Lodówka wyposażona w dwa termometry	TAK	
3	Klasa energetyczna minimum A++	TAK	
4	Wysokość całkowita min 120cm do 150cm dopuszczono wysokość 162,3 cm	TAK	
5	Szerokość 59cm±5cm	TAK	
6	Głębokość 66cm±5cm	TAK	
7	Poziom hałasu nie większy niż 45dB	TAK	
8	Gwarancja min 24 m-ce	TAK	

Pozycja 2 Lodówki do leków – 2 szt.

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Parametry oferowane / Opisać
1	Lodówka dwudrzwiowa z zamrażalnikiem na dole	TAK	
2	Lodówka wyposażona w zewnętrzny wyświetlacz temperatury wewnętrznej	TAK	
3	Klasa energetyczna minimum A++ Zamawiający dopuszcza lodówkę laboratoryjną nie posiadającą określonej klasy energetycznej	TAK	
4	Wysokość całkowita min 150cm do 180cm dopuszczono wysokość 200 cm	TAK	
5	Szerokość 59cm±5cm	TAK	
6	Głębokość 66cm±5cm	TAK	
7	Poziom hałasu nie większy niż 45dB	TAK	
8	Gwarancja min 24 m-ce	TAK	